

Dobrzyń nad Wisłą, dnia 23.07.2018 r.

Dotyczy ogłoszenia w sprawie Zapytania ofertowego nr ZKiOC.5540.4.2018 z dnia 17.07.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego o wartość zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zapytaniem o cenę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2017r. poz. 1579). Zgodnie z art. 4 pkt. 8 postępowanie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotyczącego zadania pn.: „Zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”

Zamawiający udziela wyjaśnień na pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego będzie wymagał elektrod Pediatrycznych oddzielnych od elektrod dla dorosłych ?

Odpowiedź na pytanie 1

Urządzenie musi być wyposażone w jeden typ elektrody SMART do zastosowania u dorosłych i dzieci (przy zastosowaniu klucza pediatrycznego).

Pytanie 2

Czy Zamawiający mając na uwadze wytyczne KG PSP dot. defibrylatorów AED stosowanych w KSRG zrezygnuje z pkt: „Możliwa praca w trybie szkoleniowym za pomocą elektrod treningowych” ?

Odpowiedź na pytanie 2

Musi być możliwa praca w trybie szkoleniowym (z zastosowaniem elektrod szkoleniowych).

Z up. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Głowacki
Zastępca Burmistrza